



# Prefeitura Municipal SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09

---

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

---

**PROCESSO Nº 069/2023**  
**PREGÃO ELTRÔNICO Nº 03/2023**

### **Esclarecimento Referente ao Item nº 78: “FITA TESTE P/ GLICEMIA CAPILAR”**

#### **Onde se lê:**

Tiras reagentes para medição quantitativa de glicemia capilar, para uso em glicosímetros digitais, na faixa de medição entre 10 a 600mg/dl. A tira deve permitir determinação precisa e segura de glicemia em sangue capilar.

#### **Leia-se:**

Tiras reagentes para medição quantitativa de glicemia capilar, para uso em glicosímetros digitais, na faixa de medição entre 10 a 600mg/dl. A tira deve permitir determinação precisa e segura de glicemia em sangue capilar. AS TIRAS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, OU FRASCO COM 50 UNIDADES. TEMPO DE LEITURA DE ATÉ 10 SEGUNDOS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS, ESTUDO ISO 15197/2013 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO ANVISA.

DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O CONTRATANTE: APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO, PARA NO MÍNIMO 300 MEDIÇÕES, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS. QUANTIDADE DE MONITORES DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, SENDO NO MÁXIMO 250 COMPATÍVEL COM AS TIRAS DESCRITAS.

### **Esclarecimento Referente ao Item nº 17: “APARELHO P/VERIFICAR MEDIÇÃO GLICOSE”.**

Não será licitado, vide item 78 da relação de produtos.

São João das Duas Pontes, 24 de agosto de 2023.

  
**Viviane Alves Vilela**  
Pregoeira